



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ДК.С.32.004.А № 48425

Срок действия до 12 октября 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Термометры цифровые прецизионные DTI-1000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма АМТЕК Denmark A/S, Дания

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 15595-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 15595-12

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год (измеритель в комплекте с ТС);
2 года (только измеритель)

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2012 г. № 838

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Бульгин

10 2012 г.

Серия СИ

№ 006885

Срок действия до 29 сентября 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 сентября 2017 г. № 2040

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

" 11 " 10 2017 г.

НЕ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ