



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.34.004.А № 49607/1

Срок действия до 18 декабря 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Калибраторы многофункциональные и коммуникаторы BEAMEX MC6 (-R)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 52489-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
МП 52489-13 с Изменением № 1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года (для электрической части), 1 год или 6 месяцев - для модулей давления (в зависимости от типа модуля)

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08 февраля 2019 г. № 200

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

А.В.Кулешов



..... 2019 г.

Серия СИ

№ 034473